

CONTRATACION DIRECTA N° 4/22
EXPEDIENTE N° 137.930

Asunto: ADQUISICION EQUIPOS PARA LABORATORIOS

Atento a las consultas efectuadas por firmas adquirentes de pliegos se emite la presente circular aclaratoria.

CIRCULAR ACLARATORIA COM CONSULTA N° -1-

De acuerdo a consultas realizadas por firmas interesadas se emite la siguiente aclaración:

➤ **Renglón N° 6**

CONDUCTIMETRO PORTATIL,

Marca y Modelo de referencia: TDS portátil Multiparamétrico AD32 EC 0 -20 Ms/ TDS 0-10 ppt/T° 0-60° C Waterproof.

Características Técnicas:

Rango EC: 0.00 a 20.00 mS/cm

Rango TDS: 0.00 a 10.00 ppt

Rango Temp: 0.0 hasta 60.0 °C

Resolución EC: 0.01 mS/cm

Resolución TDS: 0.01 ppt

Resolución Temp: 0.1°C

Precisión EC: ±2% escala completa

Precisión TDS: ±2% escala completa

Precisión Temp: ±0.5°C

Calibración: Automática en 1 punto (12.88 mS, 6.44 ppt ó 9.02 ppt)

Dimensiones: 175.5x39x23 mm

Peso: 100 g

Incluye: capuchón protector; soluciones de calibración EC 12.88mS/cm y TDS 1.382ppm; manual de instrucciones.

➤ **Renglón N° 12**

Sólo se requiere que el equipo sea peachimetro, tal lo solicitado.

DIRECCION DE CONTRATACIONES, 17 DE FEBRERO DE 2022.


Lic. MATIAS E. TELLO
Director de Contrataciones