



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
----------------------------------	---

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO			
CUIT N°:	MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO			
Localidad:	MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:	

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 56/2025	Ejercicio: 2025
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto 1.023/01 Art. 25 inc. d) - Decreto N° 1.030/16 Art. 27 inc. a)	

Expediente N° 148.682

Rubro Comercial: **51 - PRODUCTOS MÉDICOS Y FARMACÉUTICOS**

Objeto de la contratación: **Adquisición de equipamiento para las Áreas de Laboratorio y Radiología**

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: SECRETARIA DE BIENESTAR
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 27 de AGOSTO de 2025 a las 10:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	27 de AGOSTO de 2025 a las 10:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.682	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°56/2025
-----------------------	---	-----------

1	4.3.3-9878.1	1	C/U	Equipo Digitalizador de imágenes de Rayos X con las siguientes características técnicas mínimas: 1 x CR 10-X DIGITIZER 2 X CHASIS 35 X 43 1 NX PREMIUM SOFTWARE 1 x NX OPTIVIEW SOFTWARE 1 x NX PRECISION TOOL SOFTWARE 1 NX RIS CONNECTIVITY 1 NX MW22 HP ENCAGE CR WIN10 PC 1 STD. QUALITY WIDE TOUCH MONITOR8800 precio comprende instalacion y capacitacion de los Tecnicos Descripción: Pequeñas dimensione...(ver detalle).		
2	4.3.6-1335.6 7	1	C/U	Estabilizador: Potencia pico 3300VA Voltaje de entrada 220V Voltaje de salida 220V Rango de voltaje de entrada 175/245 Tipo TRV Powermax 3300 o similar.		
3	4.3.3-4600.7	1	C/U	Contador hematológico de 19 parámetros, con las siguientes características: Principio de medición: Recuento WBC, RBC, PLT: Impedancia eléctrica. Hemoglobina; Colorimetría. Parametros: 19 parámetros: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT 3 histogramas para WBC, RBC y PLT. Reactivos: Diluyente. Lisante. Solución de limpieza d...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones

Renglon 1 - Equipo Digitalizador de imágenes de Rayos X con las siguientes características técnicas mínimas:

1 x CR 10-X DIGITIZER
2 X CHASIS 35 X 43
1 NX PREMIUM SOFTWARE
1 x NX OPTIVIEW SOFTWARE
1 x NX PRECISION TOOL SOFTWARE

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.682	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N° 56/2025
-----------------------	---	------------

1 NX RIS CONNECTIVITY

1 NX MW22 HP ENCAGE CR WIN10 PC

1 STD. QUALITY WIDE TOUCH MONITOR8800

precio comprende instalacion y capacitacion de los Tecnicos

Descripción: Pequeñas dimensiones. Bajo peso (29 Kg). Funciona con chasis específicos de formato 35 x 43 cm.

Productividad: 34 Placas/hora de formato 35 x 43 cm.

La estación de trabajo NX se puede conectar a un sistema RIS (programación de entrada), a un sistema PACS (administración de datos e imágenes de salida) y a un dispositivo de impresión sobre soporte físico (printer).

Hardware: NX8900 HP rp5800 RAID1 PC

Servidor que maneja todo el procesamiento de imágenes HP Compaq Elite 8300 CMT PC (convertible mini tower). Intel Core i5-3570 CPU Processor, Windows 7 Professional 32bit SP1 , Memory: 4GB DDR3-1600 DIMM (2x2GB) , Videocard: Onboard HP Display Port To DVI-D Adapter, HP FireWire / IEEE 1394a PCIe x1 Card, Boot Hard Drives: 2 X 500GB 7200RPM 3.5 HDD RAID1, HP PS/2 Optical Mouse, SuperMulti ODD - Espejado de discos RAID proporciona redundancia en segundo disco duro , esto evita la pérdida de imagen y reduce el tiempo en caso de caída de HD solo. (Nota: el número estándar de imágenes almacenadas es de aprox.12000)

CR Monitor 19" o Similar Resolución 1280 x 1024

El Software NX realiza múltiples tareas con los datos provenientes del digitalizador. Este software incluye las siguientes funcionalidades:

NX Application

Lista de Trabajo: Selección Paciente/examen

Exámenes: Identificación y configuraciones de exposiciones. Aprobación de Imagen

Edición: Para trabajos detallados en la imagen. Todas las herramientas disponibles: Marcadores de izq/Der., Textos personales, modificación de la imagen (slip / rotar), nivel/Ventana, colimación, etc.

Workflow engine: Herramienta que posibilita el flujo de trabajo intuitivo.

DICOM Print: Envío de imágenes en formato Standard (DICOM) para su impresión.

DICOM Store: Permite la transmisión on-line de información en formato Standard DICOM (para enviar las imágenes a un PACS, Web 1000 o estación no AGFA)

Export: Software que permite el grabado de las imágenes en forma off-line (por ejemplo: CD)

NX Precisión Tools

NX Precisión Tools permite al técnico en radiología realizar un ajuste fino de la imagen y proporcionar más información específica al radiólogo.

Se Puede añadir anotaciones a la imagen, tales como marcadores, texto predefinido ,dibujo de líneas o de formas geométricas, aplicación de diafragmas para ocultar zonas de la imagen, etc.

El Técnico en radiología puede ampliar una zona de la imagen para lograr una vista más detallada o ampliar directamente una zona de interés concreta.

NX Precisión Tools mide distancias y ángulos, y determina diferencias en la longitud de las piernas así como la escoliosis.

El técnico en radiología puede mostrar histogramas con vistas a proceder a un análisis de la imagen;

El ajuste manual de los parámetros de tratamiento de imágenes MUSICA permite el ajuste fino en casos específicos.

NX Optiview. Software destinado al mejoramiento de imágenes a través de su posprocesamiento. Incluye las siguientes funcionalidades:

Supresión de Grilla: Suprime la grilla que se utiliza para el caso estudios de espinografía.

Square Marker: Herramienta avanzada para realizar anotaciones BlackBorder: Herramienta que permite optimizar la imagen obtenida, suprimiendo los efectos de la colimación.

Tipo Sistema de Conversión digital AGFA CR10 o similar.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.682	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°56/2025
------------------------------	--	------------------

Renglon 2 - Estabilizador:

Potencia pico 3300VA

Voltaje de entrada 220V

Voltaje de salida 220V

Rango de voltaje de entrada 175/245

Tipo TRV Powermax 3300 o similar.

Renglon 3 - Contador hematológico de 19 parámetros, con las siguientes características:

Principio de medición: Recuento WBC, RBC, PLT: Impedancia eléctrica. Hemoglobina; Colorimetría.

Parametros: 19 parámetros: WBC, Lymph#, Mid#, Gran#, Lymph%, Mid%, Gran%, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT

3 histogramas para WBC, RBC y PLT.

Reactivos: Diluyente. Lisante. Solución de limpieza de sonda

Volumen de muestra: Modo prediluido 20%u03BCL - Modo sangre entera 9%u03BCL

Velocidad: 40 muestras por hora

Pantalla: Pantalla táctil TFT de 8,4 pulgadas

Memoria: Hasta 200.000 resultados (incluyendo información numérica y gráfica)

Comunicación: Admite el protocolo HL7 de puerto LAN - Admite LIS bidireccional

Interfaz: 4 puertos USB (para impresora externa, actualización de software, lector de código de barras, adaptador WiFi, teclado y mouse), puerto LAN

Impresión: Impresora térmica incorporada para papel de 50 mm de ancho, varios formatos de impresión. Impresora externa opcional

Medioambiente: Temperatura: 10°C~40°C - Humedad: 10%~90% - Presión atmosférica: 70kPa 106kPa

Requerimientos eléctricos: 100V-240V / %u2264 300VA / 50Hz/60Hz

Dimensión y peso: Dimensión: 40 cm alto x 30 cm ancho x 41 cm profundidad. Peso: %u2264 20Kg

Servicio Técnico en la Ciudad de Río Cuarto

Tipo Wiener Lab Counter XS 20

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 148.682	CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA (HASTA 1.000 MÓDULOS)	N°56/2025
------------------------------	--	------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2025, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2025, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2025.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE