



Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones



2021 - Año de homenaje al premio nobel de medicina Dr. César Milstein"

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N° 79/2021	Ejercicio: 2021
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 1.	

Expediente N° 137.332

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: EQUIPO DE LABORATORIO

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 27 de OCTUBRE de 2021 a las 11:30 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	27 de OCTUBRE de 2021 a las 11:30 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
1	296-06123-0038	1	C/U	LAMPARA PARA MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LAMPARA PARA MICROSCOPIO TRINOCULAR ARCANO PARA EPIFLUORESCENCIA. 23 V 100W SFA7,5-2 HBO 103W/2-0 MARCA OSRAM HBO 103W/2		

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.332	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N°79/2021
------------------------------	--	------------------

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total
2	435-01308-0154	1	C/U	CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO Y/O LUPA ESTEREOSCOPICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PARA USAR EL DISPOSITIVO, SIMPLEMENTE SE DEBA RETIRAR UN OCULAR DEL INSTRUMENTO AL QUE SE QUIERE DIGITALIZAR Y REEMPLAZARLO POR ESTE. EL DIGITALIZADOR CORRESPONDA EN UNA DE LAS SIGUIENTES 3 MEDIDAS DE PORTAOCULAR ESTANDAR: 23, 30 Y 30.5 MM DE DIAMETRO. LA IMAGEN DIGITALIZADA SE PUEDE ENVIAR A LA PC A TRAVES ...(ver detalle).		
3	433-06867-0030	1	C/U	ESTUFA DE SECADO AIRE FORZADO CON LAS CARACTERISTICAS TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTE HASTA 200°C. SENSIBILIDAD +/- 0,5°C CON ELECTRONICO, +/- 1°C CON REGULADOR HIDRAULICO. INDICADORES LUMINICOS DE FUNCIONAMIENTO. CIRCULACION DE AIRE FORZADO POR TURBO VENTILADOR. TURBINA TIPO SIROCCO. INTERRUPTOR GENERAL. DOS ESTANTES REJILLA REGULABLES. CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO CON INDI...(ver detalle).		
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA						

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
Renglon 1 - LAMPARA PARA MICROSCOPIO CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LAMPARA PARA MICROSCOPIO TRINOCULAR ARCANO PARA EPIFLUORESCENCIA. 23 V 100W SFA7,5-2 HBO 103W/2-0 MARCA OSRAM HBO 103W/2
Renglon 2 - CAMARA DIGITAL PARA MICROSCOPIO Y/O LUPA ESTEREOSCOPICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS PARA USAR EL DISPOSITIVO, SIMPLEMENTE SE DEBA RETIRAR UN OCULAR DEL INSTRUMENTO AL QUE SE QUIERE DIGITALIZAR Y REEMPLAZARLO POR ESTE. EL DIGITALIZADOR CORRESPONDA EN UNA DE LAS SIGUIENTES 3 MEDIDAS DE PORTAOCULAR ESTANDAR: 23, 30 Y 30.5 MM DE DIAMETRO. LA IMAGEN DIGITALIZADA SE PUEDE ENVIAR A LA PC A TRAVES DE UN PUERTO USB 2.0 CON CABLE DE 1.8 M. QUE INCLUYA INSTALADORES DE LOS PAQUETES DE SOFTWARE OPTIKA VISION LITE Y PROVIEW, QUE SE PUEDE INSTALAR SIN LICENCIAS ADICIONALES EN CUANTAS COMPUTADORAS SE PRECISEN, COMPATIBLE CON W7/8/10.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.332	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N°79/2021
------------------------------	--	------------------

RESOLUCION: 2592 X 1944 PIXEL (5.1 MEGA). SENSOR: APTINA CMOS, ½.5 PULGADA, RELACION 4/3, PIXEL DE 2,2 X 2,2 MICRAS. 0,53 V/LUX SEGUNDO, RELACION SEÑAL/RUIDO: 40,5 DB, RANGO DINAMICO: 66,5 DB, FILTRO DE RECHAZO A INFRARROJOS (CORTE A 650 NM). MONTAJE: ROSCA C, ADAPTADOR INCLUIDO PARA REEMPLAZAR OCULAR, 2 SUPLEMENTOS PARA ACOMODAR EL ADAPTADOR A TUBOS DE DISTINTOS DIAMETROS. MAXIMA VELOCIDAD DE REFRESCO: 90 TRAMAS POR SEGUNDO A 640 X 480 PIXEL, 27 TRAMAS POR SEGUNDO A 1280 X 960 PIXEL, 7 TRAMAS POR SEGUNDO A 2592 X 1944 PIXEL. QUE INCLUYA UN SLIDE CON UNA REFERENCIA DIMENSIONAL PARA CALIBRAR LAS MEDICIONES. CON SOFTWARE GRATUITO. CON GARANTIA POR 2 AÑOS. MARCA Y MODELO DE REFERENCIA MPX OPTIKA C-B5.

Renglon 3 - ESTUFA DE SECADO AIRE FORZADO CON LAS CARACTERISTICAS
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE AMBIENTE HASTA 200°C. SENSIBILIDAD +/- 0,5°C CON ELECTRONICO, +/- 1°C CON REGULADOR HIDRAULICO. INDICADORES LUMINICOS DE FUNCIONAMIENTO. CIRCULACION DE AIRE FORZADO POR TURBO VENTILADOR. TURBINA TIPO SIROCCO. INTERRUPTOR GENERAL. DOS ESTANTES REJILLA REGULABLES. CONTROL DE TEMPERATURA ELECTRONICO CON INDICADOR. PORTA TERMOMETRO. CAMARA INTERIOR DE ACERO INOXIDABLE DE DOBLE PARED, PARA CIRCULACION DE AIRE. LUZ INTERIOR COMANDADA POR PULSADOR. TENSION 220V/50HZ. POR SU SISTEMA DE MOVIMIENTO CONSTANTE DE AIRE, ASEGURAN UNIFORMIDAD DE TEMPERATURA EN TODA LA CAMARA DE TRABAJO, SIN SOBRECALENTAMIENTOS, NI RADIACION DIRECTA.
MEDIDAS INTERIOR: ALTO: 60 ANCHO: 80 PROF: 60. MEDIDA EXTERIOR: ALTO: 102 ANCHO: 126 PROF: 67. POT. (WATTS): 2900 VOL. (LITROS): 288. MARCA Y MODELO DE REFERENCIAS TECNO DALVO MODELO TDS/F60.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



EXPEDIENTE N° 137.332	CONTRATACIÓN DIRECTA - TRÁMITE SIMPLIFICADO HASTA 200 MÓDULOS	N°79/2021
------------------------------	--	------------------

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2021, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2021, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2021.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE