



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

LIC. TELLO MATIAS
DIRECTOR DE CONTRATACIONES

Nombre del organismo contratante	UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO CUIT 30-58676189-3 IVA EXENTO GANANCIAS EXENTO Art.20 Inciso (a)
---	--

DATOS DEL PROVEEDOR

Razón Social: MODELO		
CUIT N°: MODELO	IVA:	
Domicilio: MODELO		
Localidad: MODELO	Provincia:	C.P.: MODELO
Teléfono:	Fax:	Email:

PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Tipo: CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS	N° 42/2019	Ejercicio: 2019
Clase: SIN CLASE		
Modalidad: SIN MODALIDAD	Decreto N° 1.023/01 Art. 25 Inciso d) Apartado 1 – RCS N° 485/18 Art. 28 Inciso a) Apartado 2.	

Expediente N° 132.241

Rubro Comercial: 24 - EQUIPOS
Objeto de la contratación: Autoclave y balanza

Costo de Pliego: 0	SOLICITANTE: FACULTAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA
---------------------------	---

PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	Hasta el día 21 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.

ACTO DE APERTURA

Lugar/Dirección	Plazo y Horario
DIRECCIÓN DE CONTRATACIONES RUTA NAC. N° 36 Km. 601	21 de JUNIO de 2019 a las 11:00 horas.

ESPECIFICACIONES

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe	
					Unitario	Total

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.241 **CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS** **N° 42/2019**

Reng. N°	Código Catálogo	Cant.	Unidad de Medida	Descripción	Importe		
					Unitario	Total	
1	433-00177-0052	1	C/U	Autoclave automática con las siguientes características mínimas: -Vacuómetro para indicar el nivel de vacío. -Pre vacío y pos vacío multi-fraccionado. -Ciclos de esterilización pre programados de ejecución automática. -Programa usuario: que pueda ser modificado y grabado desde el panel de control. -Temperatura de esterilización programable entre 105 y 137 °C. -Alarma visual y auditiva de finaliza...(ver detalle).			
2	433-00188-0140	1	C/U	Balanza de Precisión con las siguientes características mínimas: Capacidad de pesada máxima: 220 g. resolución 0,0001 g, tamaño del plato (LXA) 93 mm. -Modo de aplicación: pesaje, recuentos de pieza, pesaje en porcentaje, control de pesaje, totalización, retención de indicación. -Indicador: pantalla de cristal líquido (LCD), con retroalimentación. Alimentación: con adpatador de CA o 4 baterías AA...(ver detalle).			
IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA							

IMPORTE TOTAL DE LA OFERTA (en letras):.....

CUIT N°

LUGAR Y FECHA

Información detallada de renglones
<p>Renglon 1 - Autoclave automática con las siguientes características mínimas:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vacuómetro para indicar el nivel de vacío. -Pre vacío y pos vacío multi-fraccionado. -Ciclos de esterilización pre programados de ejecución automática. -Programa usuario: que pueda ser modificado y grabado desde el panel de control. -Temperatura de esterilización programable entre 105 y 137 °C. -Alarma visual y auditiva de finalización de ciclo. -Alta presión de control de temperatura de trabajo. -Sistema de seguridad activados por exceso de presión o temperatura. -Cierre de seguridad rebatible que impide la apertura de la puerta con la autoclave presurizado. -Puerta diseñada para que en la apertura el vapor no tome contacto con el panel de control. -Cámara de esterilización, bandejas y mano de extracción construida en acero inoxidable quirúrgico. -Gabinete construido en acero pintado electroestáticamente. <p>Marca y modelo de referencia: STOORD EM.</p>

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.241

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 42/2019

Renglon 2 - Balanza de Precisión con las siguientes características mínimas:

Capacidad de pesada máxima: 220 g. resolución 0,0001 g, tamaño del plato (LXA) 93 mm.

-Modo de aplicación: pesaje, recuentos de pieza, pesaje en porcentaje, control de pesaje, totalización, retención de indicación.

-Indicador: pantalla de cristal líquido (LCD), con retroalimentación. Alimentación: con adpatador de CA o 4 baterías AA.

Comunicación RS232, Host USB; Ethernett o Bluetooth, construcción de armazón de ABS, plata de acero inoxidable, con protector ABS, gancho inferior para pesaje, bloqueo de transporte, interruptor manual de bloqueo de calibración, ranura de seguridad, indicador de niveles ajustable, indicador de nivel iluminado por delante.

Características del diseño: Indicador de estabilidad, protección mecánica y de software para sobrecarga y carga inferior, inidcador de baja batería. Marca y modelo de referencia SCOUT PRO SPX- 223 1 MGX 220 GR-OHAUS

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE



2019 - "

Universidad Nacional de Río Cuarto
Dirección de Contrataciones

EXPEDIENTE N° 132.241

CONTRATACIÓN DIRECTA - COMPULSA ABREVIADA HASTA 1.000 MÓDULOS

N° 42/2019

1.- CONSTITUCION DE DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO Y N° TELEFONO/FAX

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°.....año 2019, dejo expresa constancia que constituyo la siguiente dirección de correo electrónico@....., N° TEL/FAX..... donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada.-

2.- CONSTITUCION DE DOMICILIO

En mi carácter de apoderado/titular.....de la firma y al solo efecto del llamado a Contratación Directa/Licitación Pública/Licitación Privada N°..... año 2019, dejo expresa constancia que constituyo domicilio legal especial en calleN° B°.....de la Ciudad de Río Cuarto, donde serán validas todas las notificaciones que curse la Universidad Nacional de Río Cuarto relacionadas con la contratación antes citada

.....de.....de 2019.

(lugar y fecha)

Firma, Aclaración y Sello

DNI N°

Los plazos de notificaciones realizadas por este medio se contarán a partir del aviso de recibo del destinatario. Para el caso de que no exista contestación, los plazos correrán a partir del día hábil subsiguiente a la fecha de remisión.

FIRMA Y SELLO DEL OFERENTE